analytika , spol. s r.o.

CERTIFIKÁT O ANALÝZE

Produkt : **VODA** Analpure® *ULTRA*
Objednací číslo : UAq0001
Číslo šarže : 9224030
Exspirace : 15. března 2027

Chloridy (Cl^-)	< 1 ppb	Sírany (SO_4^{2-})	< 1 ppb
Fosforečnany (PO_4^{3-})	< 1 ppb	Barva	< 10 APHA

Stopové nečistoty (ppt):

Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota	Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota
Aluminium	20	< 2	Neodymium	1	< 0.01
Antimony	10	< 0.01	Nickel	10	< 0.5
Arsenic	10	< 0.01	Niobium	10	< 0.01
Barium	10	< 0.05	Palladium	10	< 0.1
Beryllium	10	< 0.01	Platinum	10	< 0.1
Bismuth	10	< 0.01	Potassium	10	< 0.2
Boron	20	< 20	Praseodymium	10	< 0.01
Cadmium	10	< 0.01	Rhenium	10	< 0.01
Calcium	10	< 10	Rhodium	10	< 0.01
Cerium	10	< 0.01	Rubidium	10	< 0.01
Cesium	10	< 0.01	Ruthenium	10	< 0.01
Chromium	10	< 0.02	Samarium	10	< 0.01
Cobalt	10	< 0.05	Scandium	10	< 0.01
Copper	10	< 0.1	Selenium	50	< 0.05
Dysprosium	1	< 0.01	Silver	10	< 0.05
Erbium	1	< 0.01	Sodium	10	< 5
Europium	1	< 0.01	Strontium	10	< 0.02
Gadolinium	1	< 0.01	Tantalum	10	< 0.01
Gallium	10	< 0.01	Tellurium	1	< 0.01
Germanium	10	< 0.05	Terbium	10	< 0.01
Gold	10	< 1	Thallium	10	< 0.01
Hafnium	1	< 0.01	Thorium	1	< 0.01
Holmium	1	< 0.01	Thulium	10	< 0.01
Indium	1	< 0.01	Tin	10	< 0.05
Iron	10	< 0.1	Titanium	10	< 0.05
Lanthanum	1	< 0.01	Tungsten	10	< 0.01
Lead	10	< 0.01	Uranium	1	< 0.01
Lithium	10	< 0.01	Vanadium	10	< 0.01
Lutetium	1	< 0.01	Ytterbium	10	< 0.01
Magnesium	10	< 1	Yttrium	1	< 0.01
Manganese	10	< 0.01	Zinc	10	< 5
Mercury	20	< 20	Zirconium	10	< 0.01
Molybdenum	10	< 0.01			

Skladujte při pokojové teplotě (15-25°C). Minimalizujte vystavení světlu.

Datum vydání: **15. 03. 2024** *Odpovědná osoba:* **Vladimír Patera**

Analytika, spol. s r.o., Ke Klíčovu 2a/816, 190 00 Praha 9, Česká republika, Tel., fax: (+420) 286 589 616