
divízia laboratórnych chemikálií
Plynárenská 2
821 09 BRATISLAVA

IČO: 31625444 DIČ: SK2020456075 Bank. spoj.: Tatrabanka a.s. č.ú.2627480107/1100
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.2580/S, oddiel s.r.o.

ATEST KVALITY

CHLORID CÍNATÝ dihydrát

Vzorec : $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Kvalita : p.a.
CAS : 10025-69-1
M.h : 225,63
Expirácia : 5 rokov

Špecifikácia

Sledovaný parameter	Nameraná hodnota	Jednotka
Obsah hlav. zložky	min.97,0	%
Látky nerozp. v HCl	max.0,005	%
Sírany	max.0,003	%
Olovo	max.0,01	%
Železo	max.0,003	%
Alkálie	max.0,02	%
Látky zráž. so sírovodíkom	max.0,02	%