
divízia laboratórnych chemikálií
Plynárska 2
821 09 BRATISLAVA

IČO: 31625444 DIČ: SK2020456075 Bank. spoj.: Tatrabanka a.s. č.ú.2627480107/1100
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.2580/S, oddiel s.r.o.

A TEST KVALITY

Chlorid horečnatý hexahydrát

Vzorec : $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
Mol.hm : 203,3
CAS : 7791-18-6
Kvalita : p.a.
Expirácia : 4 roky

NÁZOV UKAZOVATEĽA	NORMA [%]	ANALÝZA [%]
Obsah hl. zložky $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	min 99,0 – 102,0	100,7
Sírany (SO_4^{2-})	max 0,002	0,002
bárium (Ba)	max 0,005	0,005
Železo (Fe)	max 0,0005	0,0005