
divízia laboratórných chemikálií
Plynárska 2
821 09 BRATISLAVA

IČO: 31625444 DIČ: SK2020456075 Bank. spoj.: Tatrabanka a.s. č.ú.2627480107/1100
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.2580/S, oddiel s.r.o.

A TEST KVALITY

DEIONIZOVANÁ VODA

Vzorec : H₂O
Výrobca : Analytika Praha, s.r.o.

Špecifikácia

Sledovaný parameter	Nameraná hodnota	Jednotka
Al	max 0,005	mg/ml
Ba	max 0,003	mg/ml
Ca	max 0,003	mg/ml
Cu	max 0,001	mg/ml
Fe	max 0,005	mg/ml
K	max 0,05	mg/ml
Mg	max 0,003	mg/ml
Mn	max 0,001	mg/ml
Na	max 0,05	mg/ml
P celk.	max 0,05	mg/ml
Pb	max 0,001	mg/ml
S	max 0,05	mg/ml
Zn	max 0,001	mg/ml
Hustota (20°C)	0,998203	mg/l
Vodivosť	max 0,5	μS/cm