

divízia laboratórnych chemikálií
Plynárska 2
821 09 BRATISLAVA

IČO: 31625444 DIČ: SK2020456075 Bank. spoj.: Tatrabanka a.s. č.ú.2627480107/1100
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.2580/S, oddiel s.r.o.

ATEST KVALITY

DIETYLÉTER nestabilizovaný

Vzorec : C₄H₁₀O
M. h. : 74,12
Kvalita : p.a.
CAS : 60-29-7
Exspirácia : 4 roky

Parameter	Skúšobná norma	Minimum	Maximum	Jednotka	Výsledok
Hustota (20stC)	dig. hustomer par	0,7135	0,7145	g/cm ³	0,7140
Obsah peroxidov	semikvantitatívna met.		0,00015	M%	max. 0,00015
Kyslosť	alkalimetrická titrácia		0,0002	M%	0,0001
Aldehydy	ČSN ISO 6353-3 čl.15				vyhovuje skúške
Etanol	GC		0,10	M%	0,08
Metanol	GC		0,020	M%	0,000
Voda	metóda Karl-Fischer		0,150	M%	0,100
Neprechavý zvyšok	Vážková metóda		0,0010	M%	0,0010
Stabilizácia 0,001% fenidonom					nie